


论证专家联系方式

专家姓名	工作单位及部门	职称/职务	联系方式	身份证号
王涛	广州医科大学附属肿瘤医院	主任	1366000168	440105196108151013
刘松	南京医科大学	副教授	1350301926	44011196311098812
王琳若	中山大学附属第三医院	高工	1892403591	441425197802280205
李琳	广东工业大学	经济师	13725271000	440106196106271822
陈宇才	广东省高级人民法院	高工	13602728883	440102196306146570

用户需求书论证意见

一、项目基本信息

项目名称	医用血管造影 X 射线机
采购项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 工程
项目单位	广州市番禺区何贤纪念医院（广州市番禺区妇幼保健院）
采购项目预算	人民币 1181 万元
采购组织形式	<input type="checkbox"/> 采购人自行组织 <input checked="" type="checkbox"/> 委托采购代理机构组织
采购方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 竞争性磋商 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 询价 <input type="checkbox"/> 单一来源
落实政府采购政策有关内容	① <u>《政府采购促进中小企业发展管理办法》</u> 预留情况：不适用
	② <u>《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》</u> 具体情况：不适用
	③ <u>《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的实施意见》</u> 具体情况：不适用
	④ <u>《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》</u> <u>《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》</u> 具体情况：不适用
采购包划分与合同分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包。 <input type="checkbox"/> 分包。分包情况： 说明：采购人要按照有利于采购项目实施的原则。划分采购包的，要分别确定每个采购包的采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排。



<p>供应商资格条件</p>	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定。</p> <p>2. 投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于提交投标文件当日在上述网站对投标人进行信用信息查询的结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明材料）。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求</p> <p>①投标人具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《食品药品经营许可证（医疗器械）》或《医疗器械经营备案凭证》；</p> <p>②所投产品具有医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（如国家有相关规定）；</p> <p>③投标人出具的《公平竞争承诺书》；</p> <p>④本项目不接受联合体投标。</p>
<p>竞争范围</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 公开方式 <input type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购</p> <p>说明：除法律法规规定可以在有限范围内竞争或者只能从唯一供应商处采购的情形外，一般采用公开方式邀请供应商参与政府采购活动。</p>

张博 刘旭 薛金方 王琳 郭伟

<p style="text-align: center;">评审规则</p>	<p><input type="checkbox"/>最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法</p> <p>适用理由:</p> <p>说明: 综合考虑以单方案报价、多方案报价以及性价比要求等因素选择评审方法。</p> <p>采用综合性评审方法的, 评审因素应当按照采购需求和与实现项目目标相关的其他因素确定。</p> <p>采购需求客观、明确的采购项目, 采购需求中客观但不可量化的指标应当作为实质性要求, 不得作为评分项; 参与评分的指标应当是采购需求中的量化指标, 评分项应当按照量化指标的等次, 设置对应的不同分值。不能完全确定客观指标, 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目, 可以结合需求调查的情况, 尽可能明确不同技术路线、组织形式及相关指标的重要性和优先级, 设定客观、量化的评审因素、分值和权重。价格因素应当按照相关规定确定分值和权重。</p> <p>采购项目涉及后续采购的, 如大型装备等, 要考虑兼容性要求。可以要求供应商报出后续供应的价格, 以及后续采购的可替代性、相关产品和估价, 作为评审时考虑的因素。</p> <p>需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案, 且供应商经验和能力对履约有直接影响的, 如订购、设计等采购项目, 可以在评审因素中适当考虑供应商的履约能力要求, 并合理设置分值和权重。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案, 采购人认为有必要考虑全生命周期成本的, 可以明确使用年限, 要求供应商报出安装调试费用、使用期间能源管理、废弃处置等全生命周期成本, 作为评审时考虑的因素。</p>
<p style="text-align: center;">定价方式</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</p> <p>适用理由:</p> <p>说明: 以价格作为授予合同的主要考虑因素, 采用固定总价或者固定单价的定价方式; 通过综合性评审选择性价比最优的产品, 采用固定总价或者固定单价的定价方式; 综合考虑以单方案报价、多方案报价以及性价比要求等因素选择评审方法, 并根据实现项目目标的要求, 采取固定总价或者固定单价、成本补偿、绩效激励等单一或者组合定价方式。</p>

二、专家论证审查意见

<p style="text-align: center;">风险控制自查</p>	<p>采购方式的选择是否说明适用理由</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
	<p>评审规则的选择是否说明适用理由</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
	<p>定价方式的选择是否说明适用理由</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项, 是否作出相关安排</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p>采购实施计划是否完整</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>
<p style="text-align: center;">非歧视性审查</p>	<p>是否指向特定供应商或者特定产品</p>	<p><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>
	<p>资格条件设置是否合理</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>
	<p>要求供应商提供 2 个同类业务合同的, 是否具有合理性</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>

第 4 页

张博 王明松 戴金方 王承若 冯秋

	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	评审因素设置是否具有倾向性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	将有关履约能力作为评审因素是否适当	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
竞争性审查	是否确保充分竞争	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
采购政策审查	进口产品的采购是否必要	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	是否落实支持创新政策要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	是否落实绿色发展政策要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	是否落实中小企业发展政策要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	是否落实其它政府采购政策要求	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有

专家论证综合意见：

在论证过程中，论证小组成员认真、详细地阅读了招标文件，为使项目内容充分体现公平和公正，同时能达到采购人使用要求，论证小组就项目内容进行了讨论、审议，对有关内容提出各自意见和建议，一致认为：该用户需求书内容编制合理，无倾向性、排它性或歧视性，符合公平、公开、公正的原则，招标需求条款设置合理，经论证后可作为本项目的招标需求使用。

同意以上一般性审查和重点审查结论。建议对项目部分内容进行修改或补充，其他内容均无意见。建议如下：

建议用户需求书中细化包装要求、验收要求、设备故障修复时限、维修培训及软硬件升级。

1、包装要求：

供应商应依照医疗器械行业标准对采购人所购买的医疗设备等进行包装，以防止医疗设备在转运中损坏、污染或侵权行为等，确保医疗设备安全运抵指定地点，所需费用已包含在投标报价中。

2、验收要求：

张厚 王明忠 王明忠 王明忠 王明忠

(1) 设备到货后，投标人于5个工作日内派人进行安装验收，经检验发现损坏或不符合本招标文件的要求，采购人有权提出更改、拒收和索赔的要求，由此发生的费用由供应商负责。

(2) 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

(3) 供应商应选派专业专职的工程师到现场进行安装调试设备以及负责新装设备与医院现有信息系统对接工作，并在采购人相关人员在场的情况下完成设备的性能测试直至达到本标书的技术指标。只有设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成，由此发生的费用由供应商负责。

(4) 供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。


3、设备故障修复时限：

当设备出现故障时，接到用户报障后，维修工程师在24小时内到达现场检修，72小时内不能修复，按天赔偿经济损失，并延长相应保修期。

4、维修培训及软硬件升级：

供应商免费培训采购人的设备使用操作人员、维修技术人员，厂家如有能与系统兼容的最新软件，供应商须及时为采购人进行免费升级，系统软件终身免费安装及维护。

专家签字：



日期：2021年9月13日